

## BEDIENUNGSANLEITUNG

-----  
Sicherheitsgasbrenner mit Nadelventil  
Nr. 7400S für Erdgas      Gasdruck 23 mbar  
Nr. 7410S für Propangas      Gasdruck 55 mbar  
-----

- 1  
Verbinde den Gasbrenner mit dem Gasschlauch DIN 30664
- 2  
Öffne das Nadelventil für die Gaszufuhr  
Der Gas Control Hahn ist weiterhin geschlossen. Es fließt noch kein Gas.
- 3  
Drück den Magnet Knopf am Magnetventil um es zu öffnen.  
Jetzt fließ Gas und das Gas kann gezündet werden.
- 4  
Halt den Magnet Knopf gedrückt 20-30 Sekunden sodass die die Flamme Kontakt mit dem Bi-metall hat. Jetzt öffnet der Magnet die Gaszufuhr und Das Gas fließt selbständig.
- 5  
Bitte darauf achten, dass der Bi-metall immer Kontakt mit der Flamme hat, das ist wichtig damit der Magnet geöffnet bleibt.
- 6  
Erlischt die Flamme, so erkaltet der Bi-metall nach ca. 20-30 Sekunden Schließt der Bi-metall automatisch die Gaszufuhr und Flamme erlischt.